

# Anwendungshinweise

## Instructions for use

### Mode d'emploi



IFU-210/03/2022

DE

#### Intensiv ProxoshapeTray

##### Produktbeschreibung

- Tray aus Edelstahl, bestehend aus Basis und Deckel, die über ein Scharnier verbunden sind.
- Das Schliessen des Trays erfolgt durch Einrasten des Deckels auf der Basis.
- Ist das Tray geschlossen, sind die im Inneren positionierten Instrumente stabil gehalten.
- Das Tray hat innen eine schwenkbare Einlage mit neun Öffnungen.
- Die Öffnungen sind passend für die Aufnahme sterilisierbarer, farbiger Silikonhalter.
- In den Silikonhaltern sind die Instrumente stabil gehalten und damit das sichere Entnehmen und Zurückstecken der Instrumente gewährleistet.
- Die Silikonhalter ermöglichen durch ihre Farbe die einfache Zuordnung der Instrumentenkörnung durch deren Farbkodierung.
- Aussendimensionen des Trays:

  - Länge 87 mm
  - Tiefe 51 mm
  - Höhe 14 mm

- Das Tray verfügt über ausreichend Schlitzöffnungen zur Spülung des Tray-Innenraums mit Desinfektionslösung.
- Das Tray hält mit seinen Silikonhaltern neun unterschiedliche Intensiv oszillierende Feilen wie z.B.:

Intensiv Proxoshape, Intensiv Proxoshape Coarse, Intensiv Proxoshape Flexible, Intensiv Bevelshape, Intensiv Rootshape, Intensiv Cavishape.

##### Verwendungszweck

- Geordnete Bereitstellung der Intensiv oszillierenden Feilen während der Behandlung wie z.B. Entfernung von approximalen Überschüssen und Füllieren und Polieren approximaler Oberflächen.
- Aufbewahrung der Intensiv oszillierenden Feilen.

##### Empfehlungen für den praktischen Einsatz

- Anwendung nur von zahnmedizinischem Personal.
- Öffnen des Trays durch Aufklappen des Deckels bei leichtem Druck auf den oben herausragenden Flügel, während die Tray-Basis festgehalten wird.
- Drehen der schwenkbaren Einlage nach oben bis sich die Öffnungen parallel zur Arbeitsoberfläche befinden. Links und rechts der schwenkbaren Einlage befinden sich kleine Flügel zur Drehhilfe.
- Positionierung der Silikonhalter in die neun Öffnungen, bevor die Instrumente gesteckt werden (siehe Abbildungen).
- Die schwenkbare Einlage wieder nach unten drehen, bevor das Tray geschlossen wird.
- Das Tray schliessen, indem der Deckel über die Basis geklappt wird, bis zu einem hörbaren „Klick“.

EN

#### Intensiv ProxoshapeTray

##### Product description

- Das Intensiv ProxoshapeTray wird nicht steril geliefert. Es muss vor der ersten Patientenwendung desinfiziert und sterilisiert werden.
- Nach jedem Gebrauch direkt desinfizieren, reinigen und sterilisieren.
- Wird eine Tauchbaddesinfektion eingesetzt, nur Reinigungs- und Desinfektionslösungen verwenden, die gleichzeitig Korrosionsschutz bieten. Dabei sind die vom Hersteller angegebenen Konzentrationen genau einzuhalten.
- Die Sterilisation muss nach einem validierten Verfahren erfolgen. Vor- oder nachevakuerender Autoklav mit Vakuumtrocknung verwenden, nach EN 13060. Mindesteinwirkungszeit bei der Sterilisations temperatur:

  - 6 Minuten bei 132 °C und 20 Minuten Trocknungszeit (US-Methode)
  - 18 Minuten bei 134 °C und 20 Minuten Trocknungszeit (EU-Methode)

**Pflege und Sterilisation**

- Das Intensiv ProxoshapeTray wird nicht steril geliefert. Es muss vor der ersten Patientenwendung desinfiziert und sterilisiert werden.
- Nach jedem Gebrauch direkt desinfizieren, reinigen und sterilisieren.
- Wird eine Tauchbaddesinfektion eingesetzt, nur Reinigungs- und Desinfektionslösungen verwenden, die gleichzeitig Korrosionsschutz bieten. Dabei sind die vom Hersteller angegebenen Konzentrationen genau einzuhalten.
- Die Sterilisation muss nach einem validierten Verfahren erfolgen. Vor- oder nachevakuerender Autoklav mit Vakuumtrocknung verwenden, nach EN 13060. Mindesteinwirkungszeit bei der Sterilisations temperatur:
  - 6 Minuten bei 132 °C und 20 Minuten Trocknungszeit (US-Methode)
  - 18 Minuten bei 134 °C und 20 Minuten Trocknungszeit (EU-Methode)

Im unwahrscheinlichen Fall eines durch das Tray verursachten Zwischenfalls wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Behörden.

Intensiv SA übernimmt keine Haftung bei abweichender Verwendung des Trays von den vorliegenden Anweisungen.

##### Intensiv ProxoshapeTray, REF PST500

Eine breite Auswahl verschiedener Farben für die Silikonhalter für Bohrer ist verfügbar:

Bur-shank silicone holders orange, REF 056orange/10  
 Bur-shank silicone holders yellow, REF 056yellow/10  
 Bur-shank silicone holders white, REF 056white/10  
 Bur-shank silicone holders red, REF 056red/10  
 Bur-shank silicone holders brown, REF 056brown/10  
 Bur-shank silicone holders grey, REF 056grey/10  
 Bur-shank silicone holders dark blue, REF 056darkblue/10  
 Bur-shank silicone holders green, REF 056green/10  
 Bur-shank silicone holders light blue, REF 056lightblue/10  
 Bur-shank silicone holders assorted, REF 056ass/8

##### Intended use

- Arrangement of Intensiv oscillating files during interproximal preparation, excess removal, finishing and polishing procedures.
- Storage of Intensiv oscillating files.

##### Practical tips

- Application by dental professional only.
- To open the Tray lift the cover upwards, slightly pressing the top wing and holding firmly the base.
- Move the internal folding support upwards, in order to have it parallel to the working surface. Two little wings on left and right side of the support help to tilt it in that direction.
- Place the silicone holders inside the nine holes before inserting the instruments, as shown in the figures.
- Make sure that the folding internal support is moved back downwards before the Tray is closed.
- Close the Tray by pressing the cover downwards until you hear a "click".

##### Maintenance and Sterilisation

- Intensiv ProxoshapeTray is delivered non-sterile. It must be disinfected and sterilized prior to first application to patient.
- The Tray can be closed by overlapping the cover on the base.
- Once it is closed, the instruments inside are stable in their position and will not move.
- The Tray has an internal folding support with nine holes.
- The holes are suitable to support sterilisable coloured silicone holders.
- The silicone holders enable to contain the instruments in a compact and steady arrangement, suitable for the safe and orderly withdrawal and relocation of the instruments.
- The colour of the silicone holders can be chosen to match the colour code of the instrument diamond grit-size.
- Dimensions:
  - Length 87mm
  - Depth 51mm
  - Height 14mm
- The Tray has slots for the disinfection liquid to flow through it.
- The Tray is designed to hold, through its silicone holders, nine Intensiv oscillating files, such as:

Intensiv Proxoshape, Intensiv Proxoshape Coarse, Intensiv Proxoshape Flexible, Intensiv Bevelshape, Intensiv Rootshape, Intensiv Cavishape.

A wide variety of different colour bur-shank silicone holders is available:

Bur-shank silicone holders orange, REF 056orange/10  
 Bur-shank silicone holders yellow, REF 056yellow/10  
 Bur-shank silicone holders white, REF 056white/10  
 Bur-shank silicone holders red, REF 056red/10  
 Bur-shank silicone holders brown, REF 056brown/10  
 Bur-shank silicone holders grey, REF 056grey/10  
 Bur-shank silicone holders dark blue, REF 056darkblue/10  
 Bur-shank silicone holders green, REF 056green/10  
 Bur-shank silicone holders light blue, REF 056lightblue/10  
 Bur-shank silicone holders assorted, REF 056ass/8

FR

#### Intensiv ProxoshapeTray

##### Description du produit

- Intensiv ProxoshapeTray est fourni non stérilisé. Il doit être désinfecté et stérilisé avant la première application au patient.
- Il doit être désinfecté, nettoyé et stérilisé immédiatement après chaque utilisation.
- Si le Tray est désinfecté par immersion, il convient d'utiliser uniquement des solutions de nettoyage/désinfectantes anticorrosives, en respectant scrupuleusement les instructions indiquées par le fabricant.
- La stérilisation doit être réalisée conformément aux procédures établies. Utilisez des autoclaves avec vide simple ou fractionné et avec séchage sous vide, selon EN 13060. Temps d'exposition minimum à la température de stérilisation :
  - 6 minutes à 132 °C et 20 minutes de séchage (méthode États-Unis)
  - 18 minutes à 134 °C et 20 minutes de séchage (méthode UE)

##### Entretien et Stérilisation

- Intensiv ProxoshapeTray est fourni non stérilisé. Il doit être désinfecté et stérilisé avant la première application au patient.
- Il doit être désinfecté, nettoyé et stérilisé immédiatement après chaque utilisation.
- Si le Tray est désinfecté par immersion, il convient d'utiliser uniquement des solutions de nettoyage/désinfectantes anticorrosives, en respectant scrupuleusement les instructions indiquées par le fabricant.
- La stérilisation doit être réalisée conformément aux procédures établies. Utilisez des autoclaves avec vide simple ou fractionné et avec séchage sous vide, selon EN 13060. Temps d'exposition minimum à la température de stérilisation :
  - 6 minutes à 132 °C et 20 minutes de séchage (méthode États-Unis)
  - 18 minutes à 134 °C et 20 minutes de séchage (méthode UE)

Dans le cas improbable d'un incident causé par le Tray, veuillez-vous adresser au fabricant et aux autorités compétentes.

Intensiv SA décline toute responsabilité pour l'utilisation du Tray différemment à celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

##### Intensiv ProxoshapeTray, REF PST500

Une large gamme de supports en silicone de différentes couleurs est disponible:

Bur-shank silicone holders orange, REF 056orange/10  
 Bur-shank silicone holders yellow, REF 056yellow/10  
 Bur-shank silicone holders white, REF 056white/10  
 Bur-shank silicone holders red, REF 056red/10  
 Bur-shank silicone holders brown, REF 056brown/10  
 Bur-shank silicone holders grey, REF 056grey/10  
 Bur-shank silicone holders dark blue, REF 056darkblue/10  
 Bur-shank silicone holders green, REF 056green/10  
 Bur-shank silicone holders light blue, REF 056lightblue/10  
 Bur-shank silicone holders assorted, REF 056ass/8

##### Indications

- Organisation des limes oscillantes Intensiv lors de procédures de préparation interproximale, de retrait d'excès de matériau, de finition et de polissage.
- Stockage des limes oscillantes Intensiv.

##### Conseils pratiques

- Application par personnel dentaire seulement.
- Pour ouvrir le Tray levez le couvercle vers le haut, en appuyant légèrement sur le volet supérieur et en tenant fermement la base.
- Placez le support interne pliable vers le haut pour qu'il soit parallèle à la surface de travail lors de l'utilisation des instruments. À gauche et à droite du support se trouvent deux petites ailes pour aider à le basculer dans sa position finale.
- Placez les supports en silicone dans les neuf perforations avant d'insérer les instruments, comme montré dans les images.
- Assurez-vous que le support interne pliable est replié vers le bas avant que le Tray ne soit fermé.
- Fermez le Tray en appuyant le couvercle vers le bas, jusqu'à entendre un "clic".



# Istruzioni d'uso Instrucciones de uso



IFU-210/03/2022

IT

## Intensiv ProxoshapeTray

### Descrizione del prodotto

- Tray in acciaio inox, costituito da base e coperchio collegati da una cerniera.
- Il Tray si chiude sovrapponendo il coperchio alla base.
- Una volta chiuso, gli strumenti al suo interno sono mantenuti stabilmente nella loro posizione e non c'è rischio che si spostino.
- Il Tray è fornito di un supporto interno pieghevole con nove fori.
- I fori sono adatti per contenere supporti in silicone colorato sterilizzabile.
- Tali supporti in silicone permettono una disposizione compatta e stabile degli strumenti, garantendone presa e ricolocalizzazione in sicurezza e ordine.
- Il colore dei supporti in silicone può essere scelto per combaciare con il codice colore indicante la granulometria degli strumenti.
- Dimensioni:
  - Lunghezza 87 mm
  - Profondità 51 mm
  - Altezza 14 mm
- Il Tray è dotato di fessure per consentire la circolazione del liquido disinettante al suo interno.
- Il Tray è progettato per contenere, tramite i supporti in silicone, nove lime oscillanti Intensiv, come ad esempio:  
Intensiv Proxoshape, Intensiv Proxoshape Coarse, Intensiv Proxoshape Flexible, Intensiv Bevelshape, Intensiv Rootshape, Intensiv Cavishape.

### Destinazione d'uso

- Collocazione delle lime oscillanti Intensiv durante le procedure di preparazione interproximale, eliminazione degli eccessi, finitura e lucidatura.
- Consigli pratici per l'uso
  - Applicazione solo da parte di professionisti del dentale.
  - Per aprire il Tray sollevare il coperchio, premendo delicatamente sull'ala superiore e mantenendo saldamente la base.
  - Girare verso l'alto il supporto interno pieghevole, in modo tale da disporlo in posizione parallela alla superficie di lavoro. A sinistra e destra del supporto si trovano due piccole ali per aiutare a girarlo nella sua posizione finale.
  - Posizionare i supporti in silicone all'interno dei nove fori prima di inserire gli strumenti, come mostrato nelle figure.
  - Assicurarsi di riposizionare all'interno il supporto pieghevole prima di chiudere il Tray.
  - Chiudere il Tray spingendo il coperchio verso il basso fino a sentire un "click".

ES

## Intensiv ProxoshapeTray

### Descripción del producto

- Intensiv ProxoshapeTray è fornito non sterile. Il suo primo impiego su paziente deve essere preceduto da disinfezione e sterilizzazione.
- Dopo ogni utilizzo va immediatamente disinsettato, pulito e sterilizzato.
- Se si ricorre a disinfezione per immersione, è opportuno usare esclusivamente soluzioni di pulizia/disinfezione che forniscano protezione contro la corrosione, attenendosi accuratamente alle concentrazioni indicate dal produttore.
- La sterilizzazione deve avvenire secondo le procedure stabilite. Impiegare autoclavi con vuoto singolo o frazionato e asciugatura sottovuoto, secondo EN 13060.
- Tempo minimo di esposizione alla temperatura di sterilizzazione:
  - 6 minuti a 132 °C e 20 minuti di asciugatura (metodo US)
  - 18 minuti a 134 °C e 20 minuti di asciugatura (metodo UE)

Nell'improbabile caso di un incidente causato dal Tray si prega di fare riferimento al produttore ed alle autorità competenti.

Intensiv SA declina ogni responsabilità per un uso del Tray differente dalle presenti istruzioni d'uso.

Intensiv ProxoshapeTray, REF PST500

I supporti in silicone sono disponibili in un'ampia gamma di colori:

Bur-shank silicone holders orange, REF 056orange/10  
Bur-shank silicone holders yellow, REF 056yellow/10  
Bur-shank silicone holders white, REF 056white/10  
Bur-shank silicone holders red, REF 056red/10  
Bur-shank silicone holders brown, REF 056brown/10  
Bur-shank silicone holders grey, REF 056grey/10  
Bur-shank silicone holders dark blue, REF 056darkblue/10  
Bur-shank silicone holders green, REF 056green/10  
Bur-shank silicone holders light blue, REF 056lightblue/10  
Bur-shank silicone holders assorted, REF 056ass/8

### Mantenimiento y Esterilización

- Intensiv ProxoshapeTray se entrega no estéril. Debe ser desinfectado y esterilizado antes de la primera aplicación en el paciente.
- Debe ser desinfectado, limpiado y esterilizado inmediatamente después de cada uso.
- Si se procede a la desinfección del Tray por inmersión, se recomienda utilizar únicamente soluciones de limpieza/desinfección que confieran protección contra la corrosión, siguiendo escrupulosamente las cantidades indicadas por el fabricante.
- La esterilización debe efectuarse según el proceso validado. Utilizar autoclaves con vacío único o fraccionado y con aclarado bajo vacío, según EN 13060.
- Tiempo mínimo de exposición a la temperatura de esterilización:
  - 6 minutos a 132 °C y 20 minutos de secado (método US)
  - 18 minutos a 134 °C y 20 minutos de secado (método UE)

En el improbable caso de un accidente causado por el Tray, consulte el fabricante y las autoridades competentes.

Intensiv SA no se hace responsable de una utilización del Tray que no esté de acuerdo con estas instrucciones de uso.

Intensiv ProxoshapeTray, REF PST500

Una amplia gama de soportes de silicona de diferentes colores está disponible:

Bur-shank silicone holders orange, REF 056orange/10  
Bur-shank silicone holders yellow, REF 056yellow/10  
Bur-shank silicone holders white, REF 056white/10  
Bur-shank silicone holders red, REF 056red/10  
Bur-shank silicone holders brown, REF 056brown/10  
Bur-shank silicone holders grey, REF 056grey/10  
Bur-shank silicone holders dark blue, REF 056darkblue/10  
Bur-shank silicone holders green, REF 056green/10  
Bur-shank silicone holders light blue, REF 056lightblue/10  
Bur-shank silicone holders assorted, REF 056ass/8

### Bur-shank silicone holders positioning and removal

