

PULPDENT

embrace™ wetbond™ pit & fissure sealant

fluoride releasing - light cure - resin based ■ Contains No Bisphenol A




Embrace bonds chemically and micromechanically to slightly moist teeth. It is tooth integrating and margin-free, providing an exceptional seal against microleakage.


ALWAYS APPLY EMBRACE TO A SLIGHTLY MOIST TOOTH SURFACE.

XP-EMS-IN-14w
REV: 04/2022

QUICK REFERENCE GUIDE



1. Clean, isolate and etch tooth for 15 seconds. Rinse well. Lightly dry. LEAVE TOOTH SURFACE SLIGHTLY MOIST.



2. Apply Embrace sealant on slightly moist occlusal surface.



3. Light cure. Embrace cures with all lights.

PRODUCT DESCRIPTION

Embrace WetBond Pit & Fissure Sealant is moisture friendly, resin-based sealant that releases fluoride and contains no Bis-GMA, no Bisphenol A, and no BPA derivatives.

INDICATIONS

For sealing pits and fissures of teeth

CONTRAINDICATIONS

Not for direct placement on the exposed pulp

INSTRUCTIONS FOR USE

Apply Embrace sealant to slightly moist tooth surfaces. Slightly moist surfaces exhibit neither dryness nor pooling of water. Lightly dry and remove surface water with compressed air or a cotton pellet, but do not desiccate the tooth, which naturally contains water. Surfaces should be shiny or glossy. Overly wet surfaces will result in decreased bond strength.

1. Thoroughly clean enamel surfaces with oil-free cleaning paste.
2. Rinse well, removing all residual paste from pits and fissures.
3. Prepare questionable enamel in the usual manner.
4. Isolate treatment area and dry lightly with oil-free compressed air.
5. Apply Etch-Rite 38% phosphoric acid etching gel to the clean tooth surface for 15-20 seconds. Rinse well. Do not disturb this surface.
6. Lightly dry and remove surface water with a cotton pellet or clean compressed air, but do not desiccate the tooth. Leave tooth surfaces slightly moist. Slightly moist surfaces should appear shiny or glossy.
7. Embrace bonds to surfaces slightly moist from saliva; however, it is best to avoid bacterial contamination.
8. Place a 22-gauge or 23-gauge applicator tip securely on Embrace syringe and carefully start flow of sealant. Use a new applicator tip for each patient. Recap syringe after use.
9. Apply Embrace to the prepared tooth surface. Flow the material from cusp to cusp, but do not cover the marginal ridges.
10. Light cure.

Note: Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multi-ple-use-dental-dispenser-devices>

CAUTION

Uncured material may cause eye or skin irritation on contact. Dental professionals should wear safety glasses and surgical gloves. Do not exceed manufacturer's recommended curing time for the light you are using.

STORAGE AND HANDLING

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
- Re-cap immediately after use.

REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body.

Reports of serious incidents should be sent to:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

Note: Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

ESPAÑOL — INSTRUCCIONES DE USO

Embrace™ WetBond™ Pit & Fissure Sealant

Liberación de flúor • Fotopolimerización • A base de resina • No contiene Bis-GMA

Descripción del producto

Embrace WetBond Pit & Fissure Sealant es un sellador de fosas y fisuras a base de resina no se afecta por la humedad y tiene la capacidad de liberar fluor. No contiene bis-GMA, bisfenol A ni derivados de BPA.

Indicaciones

SELLANTE para fosas y fisuras de dientes.

Contraindicaciones

No está indicado para la colocación directa sobre la pulpa expuesta.

Instrucciones de uso

Aplique el sellador Embrace sobre las superficies de los dientes ligeramente húmedas.

Las superficies ligeramente húmedas no exhiben ni resequedad ni excesos de agua.

Seque ligeramente y remueva los excesos de agua con aire comprimido o una torunda de algodón. Las superficies deberían verse brillantes o glaseadas. Las superficies demasiado HUMEDAS disminuirán las fuerzas de adhesión.

1. Limpie ADECUADAMENTE las superficies del esmalte con pasta de profilaxis libre de aceite.
2. Enjuague bien, removiendo todos los residuos de pasta de fosas y fisuras.
3. Prepare el esmalte cuestionable de la manera habitual.
4. Aísle la zona de tratamiento y seque ligeramente con aire comprimido libre de aceite.
5. Aplique el gel de grabado de ácido fosfórico Etch Rite al 38% sobre la superficie dental limpia durante 15-20 segundos. Enjuague bien y no toque esta superficie.
6. Seque ligeramente y remueva los excesos de agua con una torunda de algodón o aire comprimido. Deje las superficies del diente ligeramente húmedas. Las superficies deberían verse brillantes o glaseadas. Las superficies demasiado húmedas disminuirán las fuerzas de adhesión.
7. Embrace se adhiere a superficies ligeramente húmedas de saliva; sin embargo es mejor evitar la contaminación bacteriana.
8. Coloque firmemente la punta aplicadora de calibre 22 o 23 en la jeringa de Embrace y comience cuidadosamente el dispensado del sellante. Utilice una punta aplicadora nueva para cada paciente. Vuelva a tapar la jeringa después de utilizarla.
9. Aplique Embrace sobre la superficie dental preparada. Para sellar fosas y fisuras, dispense el material de cúspide a cúspide pero no cubra las crestas marginales.
10. Fotopolimerizar.

Nota : Utilice envolturas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

Precaución

El material no fotopolimerizado puede causar irritación en los ojos o la piel al contacto. Los profesionales dentales deben usar gafas de seguridad y guantes quirúrgicos. No exceda el tiempo de fotocurado recomendado por el fabricante para la lámpara que esté utilizando.

Almacenamiento y Manipulación

- Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperatura ambiente. Evite la luz directa, los extremos de temperatura, contaminación y fuentes de ignición.
- Vida útil del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Volver a tapar inmediatamente después de su uso.

Reporte de incidentes graves

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado.

Los informes de incidentes graves deben enviarse a:

Corporación Pulpdent

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

correo electrónico: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

FRANÇAIS — INSTRUCTIONS D'APPLICATION

PULPDENT®

Embrace™ WetBond™ Pit & Fissure Sealant

Libérant du Fluorure • Photopolymérisable à la lumière visible • À base de résine • Ne contient pas de Bis-GMA.

Description du Produit

Embrace WetBond Pit & Fissure Sealant est une résine qui se combine à la surface dentaire en milieu humide qui libère du fluorure et ne contient ni Bis-GMA, ni bisphénol A, ni dérivés de BPA.

Indications

Pour le scellement des puits et fissures dentaires.

Contre-indications

Non indiqué pour un placement direct sur la pulpe exposée.

Instructions d'Utilisation

Appliquer la résine Embrace sur une surface dentaire légèrement humide. Une surface légèrement humide ne présente ni sécheresse ni accumulation d'eau. Sécher légèrement et éliminer l'eau de surface avec de l'air comprimé ou une boulette de coton, mais sans dessécher la dent, qui contient naturellement de l'eau. Les surfaces doivent être brillantes ou luisantes. Des surfaces trop humides entraîneront une diminution de la force d'adhérence.

1. Nettoyer la surface de l'émail avec une pâte prophylactique non grasse.
2. Rincer soigneusement afin d'éliminer tout résidu de pâte prophylactique des puits et des sillons.
3. Préparer l'émail critique de la manière habituelle.
4. Isoler la dent à sceller et sécher légèrement avec un jet d'air sec non contaminé, sans eau et sans huile.
5. Mordancer la surface propre avec de l'acide phosphorique Etch-Rite™ 38% pendant 15-20 secondes. Rincer abondamment. Éviter tout contact avec cette surface préparée.
6. Sécher légèrement et éliminer l'eau de surface avec une boulette de coton ou de l'air comprimé propre, mais ne pas dessécher la dent. Laisser les surfaces dentaires légèrement humides. Les surfaces légèrement humides doivent apparaître brillantes ou luisantes.
7. Embrace se combine à la surface dentaire légèrement humidifiée par la salive; cependant, il est préférable d'éviter la contamination bactérienne.
8. Placer un embout applicateur de calibre 22 ou 23 solidement sur la seringue Embrace et commencer avec précaution l'écoulement de la résine. Utiliser un nouvel embout applicateur pour chaque patient. Reboucher la seringue après utilisation.
9. Appliquer Embrace sur la surface dentaire préparée. Faire couler le matériau de cuspide en cuspide sans recouvrir les crêtes marginales.
10. Photopolymériser.

Remarque : Appliquer des protections jetables et remplacer l'embout avant de l'utiliser avec chaque patient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

Mise en garde

Le contact des yeux et de la peau avec le matériau non polymérisé peut causer une irritation. Les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de sécurité et des gants chirurgicaux. Ne pas excéder le temps de polymérisation recommandé par le fabricant pour la lumière que vous utilisez.

Stockage et Manipulation

- Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Éviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.
- Validité du produit non ouvert : 2 ans à partir de la date de fabrication.
- Reboucher immédiatement après l'usage.

Notification des incidents graves

Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié.

Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :

Société Pulpdent

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis

Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262

courriel : pulpdent@pulpdent.com

Remarque : Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

DEUTSCH — ANWENDUNGSSCHRITTE

PULPDENT®

Embrace™ WetBond™ Pit & Fissure Sealant

Fluorid freisetzend • Lichthärtend • Harzbasis • enthält kein Bis-GMA

Produktbeschreibung

Embrace WetBond Pit & Fissure Sealant ist ein feuchtigkeitsfreundliches Versiegelungsmittel auf Harzbasis, das Fluorid freisetzt und kein Bis-GMA, kein Bisphenol A und keine BPA-Derivate enthält.

Indikationen

Zum Verschließen von Löchern und Fissuren der Zähne.

Kontraindikationen

Nicht indiziert zum direkten Einsatz in der freigelegten Pulpa.

Gebrauchsanweisung

Wenden Sie Embrace bitte immer auf der feuchten Zahnfläche an. Leicht feuchte Oberflächen weisen weder Trockenheit noch Wasseransammlungen auf. Trocknen Sie das Oberflächenwasser leicht ab und entfernen Sie es mit Druckluft oder einem Wattepellet, aber trocknen Sie den Zahn, der von Natur aus Wasser enthält, nicht aus. Oberflächen sollten glänzend sein. Zu nasse Oberflächen führen zu einer verringerten Haftfestigkeit.

1. Reinigen Sie die Schmelzoberfläche mit einer ölfreien Reinigungspaste.
2. Spülen Sie sorgfältig, um die Reinigungspaste restlos aus den Löchern und Fissuren zu entfernen.
3. Bereiten Sie den bedenklichen Zahnschmelz auf die übliche Weise vor.
4. Isolieren Sie das Behandlungsgebiet und trocknen Sie leicht mit ölfreier Druckluft – nicht komplett trocknen.
5. Applizieren Sie Etch-Rite 38 %iges Phosphorsäure-Ätzgel auf die gereinigte Fläche für 15-20 Sekunden. Gut abspülen. Stören Sie diese Oberfläche nicht.

6. Entfernen Sie überschüssiges Wasser mit einem Wattebausch oder mit ölfreier Druckluft, die Zahnoberfläche muss jedoch feucht bleiben. Die feuchte Zahnoberfläche sollte matt glänzend aussehen.
7. Embrace haftet an leicht speichelfeuchten Oberflächen. Eine Benetzung der geätzten Fläche mit Speichel sollte jedoch vermieden werden.
8. Setzen Sie einen 22- oder 23-Gauge Applikator Tip auf die Embrace Spritze und beginnen Sie vorsichtig mit der Ausgabe des Produkts. Verwenden Sie für jeden Patienten einen neuen Ansatz. Spritze nach Gebrauch wieder verschließen.
9. Applizieren Sie Embrace auf die präparierte Zahnfläche. Spritzen Sie das Material von Spitze zu Spitze ohne die marginalen Grenzen zu bedecken.
10. Lichthärten.

Bemerkung

Verwenden Sie vor jedem Gebrauch Einweg-Schutzhüllen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Warnhinweis

Das unausgehärtete Material kann bei Kontakt mit Augen und Haut Irritationen verursachen. Nur zur professionellen Verwendung durch Zahnmedizinisches Personal bestimmt. Zahnmedizinisches Personal muss eine Schutzbrille und Handschuhe tragen. Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller empfohlene Aushärtezeit.

Lagerung und Handhabung

- Gut verschlossen in der Original-Verpackung lagern bei kühler Raumtemperatur.
- Direktes Licht und extreme Temperaturschwankungen vermeiden. Vor Kontamination und Zündquellen schützen.
- Haltbarkeit bei ungeöffneter Packung: 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Nach Gebrauch sofort verschließen.

Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen

Alle schwerwiegenden Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Vorkommnis aufgetreten ist, oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

Richten Sie bitte Meldungen von schwerwiegenden Vorkommnissen an:

Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

E-Mail: pulpdent@pulpdent.com

Hinweis: Eine Liste der in diesem Produkt enthaltenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

NEDERLANDS — GEBRUIKSAANWIJZING:

PULPDENT

Embrace™ WetBond™ Pit & Fissure Sealant

Fluoride vrijgevend – Licht uithardend – Op hars gebaseerd – Bevat geen Bis-GMA

PRODUCTBESCHRIJVING

Embrace WetBond Pit & Fissure Sealant is een vochtvriendelijke, op hars gebaseerde sealant die fluoride afgeeft en geen Bis-GMA, geen Bisfenol A en geen BPA-derivaten bevat.

INDICATIES

Voor het afdichten van putjes en kloven van tanden

CONTRA-INDICATIES

Niet voor directe plaatsing op de blootliggende pulpa

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng Embrace sealant aan op licht vochtige tandoppervlakken. Licht vochtige oppervlakken vertonen geen uitdroging of ophoping van water. Droog en verwijder oppervlaktewater met perslucht of een wattenbolletje, maar droog de tand, die van nature water bevat, niet uit. Oppervlakken moeten glanzend of glimmend zijn. Te natte oppervlakken zullen resulteren in verminderde hechting.

1. Emaille oppervlakken grondig reinigen met olievrije reinigingspasta.
2. Goed uitspoelen en alle resterende pasta uit putjes en kloven verwijderen.
3. Bereid twijfelachtig glazuur op de gebruikelijke manier voor.
4. Behandelgebied isoleren en licht drogen met olievrije perslucht.
5. Breng Etch-Rite 38% fosforzuur etsgel aan op het schone tandoppervlak gedurende 15-20 seconden. Goed uitspoelen. Verstoort dit oppervlak niet.
6. Droog en verwijder oppervlaktewater met een wattenbolletje of schone perslucht, maar droog de tand niet uit. Laat tandoppervlakken licht vochtig. Licht vochtige oppervlakken moeten er glanzend of glanzend uitzien.
7. Omhels hechtingen aan oppervlakken die enigszins vochtig zijn van speeksel; het is echter het beste om bacteriële besmetting te vermijden.
8. Plaats een 22-gauge of 23-gauge applicatortip stevig op de Embrace-spuit en begin voorzichtig met het vloeien van het afdichtmiddel. Gebruik voor elke patiënt een nieuwe applicatortip. Hersluit de spuit na gebruik.
9. Breng Embrace aan op het geprepareerde tandoppervlak. Laat het materiaal van cusp naar cusp stromen, maar bedek de marginale richels niet.
10. Lichtuitharding.

Opmerking: Breng vóór gebruik bij elke patiënt wegwerpbare barrièrehoezen/-wikkels aan over tandheelkundige dispensers voor meervoudig gebruik. Raadpleeg voor meer informatie: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

LET OP

Niet-uitgehard materiaal kan bij contact oog- of huidirritatie veroorzaken. Tandartsen dienen een veiligheidsbril en chirurgische handschoenen te dragen. Overschrijd de door de fabrikant aanbevolen uithardingstijd voor het licht dat u gebruikt niet.

OPSLAG EN HANTERING

- Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking op een koele kamertemperatuur. Vermijd direct licht, extreme temperaturen, vervuiling en ontstekingsbronnen.
- Houdbaarheid van ongeopend product: 2 jaar vanaf fabricagedatum.
- Sluit de dop direct na gebruik weer af.

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Alle ernstige incidenten waarbij het hulpmiddel betrokken is, moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden, of aan een andere bevoegde regelgevende instantie. Meldingen van ernstige incidenten moeten worden gestuurd naar: Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 VS
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
e-mail: pulpdent@pulpdent.com
Opmerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst met materialen die in dit product aanwezig zijn..

ITALIANO — ISTRUZIONI PER L'USO

Embrace™ WetBond™ Pit & Fissure Sealant

Rilascia fluoro • Fotopolimerizzabile • A base di resina • Non contiene Bis-GMA

Descrizione del prodotto

Embrace WetBond Pit & Fissure Sealant è un sigillante idrofilo a base di resina che rilascia fluoro e non contiene bis-GMA, bisfenolo A e derivati del BPA.

Indicazioni

Per sigillare solchi e fessure dei denti.

Controindicazioni

Non indicato per l'applicazione diretta sulla polpa esposta.

Istruzioni per l'uso

Applicare il sigillante Embrace sulle superfici dei denti leggermente umide. Le superfici leggermente umide non mostrano né secchezza né ristagno d'acqua. Asciugare leggermente e rimuovere l'acqua superficiale con aria compressa o un pellet di cotone, ma non essiccare il dente che contiene naturalmente acqua.

Le superfici devono essere lucide o brillanti. Superfici eccessivamente bagnate ridurranno la forza di adesione.

1. Pulire accuratamente le superfici dello smalto con una pasta detergente non oleosa.
2. Sciacquare accuratamente per eliminare tutti i residui di pasta dalle cavità e dalle fessure.
3. Preparare lo smalto dubbio nel modo consueto.
4. Isolare l'area da trattare e asciugare leggermente con aria compressa priva di olio.
5. Applicare Etch-Rite gel mordenzante con acido fosforico al 38% sulla superficie del dente pulita per 15-20 secondi. Sciacquare bene. Non ricontaminare questa superficie.
6. Asciugare leggermente e rimuovere l'acqua superficiale con un pellet di cotone o aria compressa pulita, ma non essiccare il dente. Lasciare le superfici dei denti leggermente umide. Le superfici leggermente umide dovrebbero apparire lucide o brillanti.
7. Embrace aderisce alle superfici leggermente umide di saliva; tuttavia, è meglio evitare la contaminazione batterica.
8. Posizionare saldamente un puntale calibro 22 o 23 sulla siringa di Embrace e controllare con cautela il flusso del materiale. Utilizzare un nuovo puntale per ogni paziente. Richiudere la siringa dopo l'uso.
9. Applicare Embrace sulla superficie del dente preparata. Far scorrere il materiale da cuspidi a cuspidi, ma non coprire le creste marginali.
10. Fotopolimerizzare.

Nota : Applicare delle protezioni monouso sulla siringa e cambiare il puntale dopo ogni paziente. Per ulteriori informazioni vedere: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Attenzione

Il materiale non polimerizzato può causare irritazione a contatto con la pelle e gli occhi. Indossare occhiali e guanti chirurgici durante l'utilizzo. Non superare il tempo di polimerizzazione raccomandato dal produttore della lampada che si sta utilizzando.

Conservazione e gestione

- Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.
- Periodo di validità del prodotto non aperto: 2 anni dalla data di produzione.
- Richiudere immediatamente dopo l'uso.

Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:

Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.




**Leibetseder
Dentalwarehandel GmbH**
Hans-Zach-Straße 2
4210 Gallneukirchen
Austria
Bohumila Sieglová
Kolmá 303
25203 Řitka
Czech Republic
Hu-Fa Dental a.s.
Moravni 909
765 02 Otrokovice
Czech Republic
Cenger Scandinavia A/S
Urlevvej 6 B
8783 Hornslyd
Denmark

Dansk Nordenta A/S
Nydamsvej 8
8362 Hørmøng
Denmark
Plandent Oy
Asentajankatu 6 B
00880 Helsinki
Finland
Opsyse
18 Allée Du Fenouil
ZA Saint Louis
84250 Le Thor
France
Kinderdent GmbH
Gutenbergstraße 7
28844 Weyhe
Germany
Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg Im Allgäu
Germany


Dental Medical Ireland
Kellystown House
Kellystown Lane, Leixlip
Co. Kildare, W23 VF9P
Ireland
Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34
20019 Settimo Milanese
Italy
Virdental, UAB
Artojų G. 52B, Garliavos
Apylinkių Seniūnija
Teleičių Kaimas
53273, Kauno Rajonas
Lithuania
Hofmeester Dental B.V.
Andries Copierhof 2
3059 LM Rotterdam
Netherlands

Equadent Sp z o.o.
Ul. Pck 12
62-500 Konin
Poland
Gama Dental AB
Västbergavägen 24
126 30 Hägersten
Sweden
Lifco Dental AB
Verkmästaregatan 1
745 39 Enköping
Sweden

SAFETY DATA SHEET



www.pulpdent.com/info



PULPDENT Corporation

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.
(617) 926-6666 / (800) 343-4342 / Fax (617) 926-6262
www.pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com