


**Seal-n-Shine™**

Light Cure



Store in cool, dry place.

XP-EMSNS-IN-09w  
REV: 06/2022**Seal-n-Shine™****PULPDENT Corporation**80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • USA  
Made in USA

Embrace WetBond Seal-n-Shine is an unfilled resin specifically designed for sealing, finishing and polishing composite restorations. It penetrates and seals porosities and cracks in composites, seals margins, and provides quick finishing and polishing of composite, etched or abraded ceramic restorations, and acrylic temporary crowns.

**INDICATIONS**

Indicated for sealing, finishing and polishing composite restorations, and for repairing cracked teeth, sealing of non-caries or pre-caries lesions, enamel defects and notches, and for sealing the margins of indirect restorations cemented with resin cement.

**CONTRAINDICATIONS**

Not indicated for direct placement on the exposed pulp

**INSTRUCTIONS FOR USE**

Dry ceramic, metal, resin desensitized, prehybridized, and cured resin surfaces. Leave prepared tooth surface slightly moist. Slightly moist surfaces exhibit neither dryness nor pooling of water. Lightly dry and remove surface water with compressed air or a cotton pellet, but do not desiccate the tooth, which naturally contains water. Tooth surface should be shiny or glossy. Overly wet surfaces will result in decreased bond strength.

- For enamel and composite, etch or microabrade for 10 seconds. For ceramic surfaces, place rubber dam and etch with Pulpdent Porcelain Etch Gel for 2 minutes. Pulpdent Kool-Dam should be used to protect soft tissue, teeth or porcelain surfaces, as required.
- Rinse well. Dry ceramic, metal, resin desensitized, prehybridized and cured resin surfaces. Lightly dry enamel and leave prepared tooth surface slightly moist.
- When necessary, place dental floss through the contacts and leave it in the embrasures. Use later to clear contacts and prevent bonding to adjacent tooth surfaces. The teeth can be wedged and a mylar strip can be placed, if desired.
- Apply a thin coat of Seal-n-Shine to the etched tooth and restorative surfaces with a flocked dispenser tip or a clean brush.
- Remove the dental floss by lifting interproximally through the contacts. It is important for the contacts to be open.
- Light cure. Seal-n-Shine cures with all lights.

**CAUTION**

Uncured material may cause eye or skin irritation on contact. Dental professionals should wear safety glasses and surgical gloves.

**STORAGE AND HANDLING**

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
- Re-cap immediately after use.

**Note:** Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

**REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS**

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA  
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262  
email: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Note:** Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

**ESPAÑOL — INSTRUCCIONES DE USO****Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine**

Acabado SELLADOR y resina para pulido

Tono transparente • fotocurado por luz • Hidrófilo

**Descripción del producto**

Embrace WetBond Seal-n-Shine es una resina sin relleno diseñada específicamente para sellar, terminar y pulir restauraciones de composite. Penetra y sella porosidades y grietas en composites, sella los márgenes y proporciona un acabado y pulido rápidos del composite, restauraciones de cerámica grabadas o desgastadas y coronas temporales acrílicas.

**Indicaciones**

Indicado para sellar, terminar y pulir restauraciones de composite, y para reparar dientes fisurados, sellar lesiones no cavitadas o pre-caries, defectos y muescas del esmalte, y sellar los márgenes de restauraciones indirectas cementadas con cemento resinoso.

**Contraindicaciones**

No está indicado para la colocación directa en la pulpa expuesta.

**Instrucciones de uso**

Secar la superficie de cerámica, metal, resina desensibilizada, pre-hibridizada y polimerizada.

Mantenga la superficie del diente preparado ligeramente húmeda. Las superficies ligeramente húmedas no presentan resequedad ni acumulación de agua. Seque ligeramente y elimine el agua de la superficie con aire comprimido o con una bolita de algodón, pero sin secar el diente, que naturalmente contiene agua. La superficie del diente debe ser brillante o lustrosa. Las superficies demasiado húmedas resultarán en una disminución de la fuerza de unión.

- Para esmalte y composite, grabar o microarenar durante 10 segundos. Para superficies de cerámica, coloque el dique de goma y grabe con Pulpdent Porcelain Etch Gel durante 2 minutos.

Pulpdent Kool-Dam debe usarse para proteger tejidos blandos, dientes o superficies de porcelana, según sea necesario.

- Enjuague bien. Superficies de resina seca de cerámica, metal, resina desensibilizada, prehibridizada y curada. Seque ligeramente el esmalte y deje la superficie del diente preparada ligeramente húmeda.

- Cuando sea necesario, coloque hilo dental a través de los contactos y déjelo en las troneras. Úselo más tarde para despejar los contactos y evitar que se adhieran a las superficies de los dientes adyacentes. Los dientes se pueden encajar y se puede colocar una tira de mylar, si se desea.

- Aplique una capa fina de Seal-n-Shine al diente grabado y las superficies restauradoras con una punta dispensadora con punta tipo microaplicador o un cepillo limpio.

- Retire el hilo dental levantándolo interproximalmente a través de los contactos. Es importante que los contactos estén abiertos.

6. Fotopolimerizar. Seal-n-Shine cura con todas las luces.

**Precaución**

El material no curado puede causar irritación en los ojos o la piel al contacto. Los profesionales dentales deben usar gafas de seguridad y guantes quirúrgicos.

**Almacenamiento y Manipulación**

- Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperatura ambiente. Evite la luz directa, los extremos de temperatura, contaminación y fuentes de ignición.
- Vida útil del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Volver a tapar inmediatamente después de su uso.

**Nota :** Utilice fundas/envolturas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

**Reporte de incidentes graves**

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado. Los informes de incidentes graves deben enviarse a:

Corporación Pulpdent

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

correo electrónico: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Nota :** Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

**FRANÇAIS****PULPDENT®****Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine™**

Résine de finition et de polissage pénétrante

Teinte transparente • Photo-polymérisable • Hydrophile

**Description du Produit**

Embrace WetBond Seal-n-Shine est une résine non chargée spécialement conçue pour sceller, finir et polir les restaurations composites. Elle pénètre et scelle les porosités et les fissures dans les composites, scelle les limites et procure une finition et un polissage rapide des restaurations en composite, en céramique mordancée ou abrasée et des couronnes temporaires en acrylique.

**Indications**

Indiqué pour sceller, finir et polir les restaurations composites, et pour réparer les dents fissurées, sceller les lésions non carieuses ou pré-carieuses, les défauts de l'émail et les encoches, et sceller les limites des restaurations indirectes cimentées avec du ciment résineux.

**Contre-indications**

Non indiqué pour un placement direct sur la pulpe exposée.

**Instructions d'Utilisation**

Sécher las superficies en cerámica, en metal, en resina desensibilizada, en resina pré-hibridada polimerizada. Laisser la superficie de la dent préparée ligeramente humida. Las superficies ligeramente húmedas no presentan resequedad ni acumulación de agua. Sécher ligeramente y eliminar la agua de la superficie con aire comprimido o con una bolita de algodón, pero sin secar el diente, que naturalmente contiene agua. La superficie del diente debe ser brillante o lustrosa. Las superficies demasiado húmedas resultarán en una disminución de la fuerza de unión.

- Pour l'email et le composite, mordancer ou micro-abraser pendant 10 secondes. Pour les surfaces en céramique, placer une digue en caoutchouc et mordancer avec Pulpdent Porcelain Etch Gel pendant 2 minutes. Pulpdent Kool-Dam doit être utilisé pour protéger les tissus mous, les dents ou les surfaces en porcelaine, selon les besoins.
- Bien rincer. Sécher les surfaces en céramique, en métal, en résine désensibilisée, en résine pré-hibridée polimerisé. Sécher ligeramente l'email et laisser la surface de la dent préparée ligeramente humida.
- Si nécessaire, placer du fil dentaire à travers les contacts et le laisser dans les embrasures. L'utiliser plus tard pour libérer les contacts et empêcher un scellement aux surfaces dentaires adjacentes. Les dents peuvent être calées avec un coin inter dentaire et une matrice en mylar peut être placée, si on le souhaite.
- Aplicar una fina capa de Seal-n-Shine sobre la dent mordancée y las superficies de restauración a la aide d'un embout floqué o d'un pinceau propre.
- Retirer el fil dentaire en el liberant des contacts inter-proximales. Il est important que les contacts soient libres.
- Photopolimerizar. Seal-n-Shine photopolimerise avec toutes les lampes.

**Mise en garde**

Le contact des yeux et de la peau avec le matériau non polymérisé peut causer une irritation. Les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de sécurité et des gants chirurgicaux.

**Stockage et Manipulation**

- Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Eviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.

- Validité du produit non ouvert : 2 ans à partir de la date de fabrication.

- Reboucher immédiatement après l'usage.

**Remarque**

Appliquer des protections jetables et remplacer l'embout avant de l'utiliser avec chaque patient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

**Notification des incidents graves**

Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié.

Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :

Société Pulpdent

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis

Tél.: 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262

Courriel : [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Remarque :** Veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

**DEUTSCH — ANWENDUNGSSCHRITTE****PULPDENT®****Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine**

Finish- und Polierharz zum Versiegeln  
Klarer Farbton - Lichthärtung - Hydrophil

**Produktbeschreibung**

Embrace WetBond Seal-n-Shine ist ein ungefüllter Kunststoff, der speziell für die Versiegelung, Fertigstellung und Politur von Kompositrestaurierungen entwickelt wurde. Es durchdringt und versiegelt Porositäten und Risse in Kompositen, versiegelt Ränder und ermöglicht ein schnelles Finieren und Polieren von Kompositen, geätzten oder abgeschliffenen Keramikrestaurierungen und provisorischen Kunststoffkrönchen.

**Indikationen**

Geeignet zum Versiegeln, Finieren und Polieren von Komposit-Restaurierungen, zum Reparieren von rissigen Zähnen, zum Versiegeln von nicht-kariösen oder vorkariösen Läsionen, Schmelzdefekten und Kerben sowie zum Versiegeln der Ränder von indirekten Restaurierungen, die mit Harzzement zementiert wurden.

**Kontraindikationen**

Nicht indiziert zum direkten Einsatz in der freigelegten Pulpa.

**Gebrauchsanweisung**

Trocknen Sie Keramik-, Metall-, Kunststoffdesensibilisierte, vorhybridisierte und ausgehärtete Kunststoffoberflächen. Lassen Sie die präparierte Zahnoberfläche leicht feucht. Leicht feuchte Oberflächen weisen weder Trockenheit noch Wasseransammlungen auf. Trocknen Sie die Oberfläche leicht und entfernen Sie das Wasser mit Druckluft oder einem Wattebausch, aber trocknen Sie den Zahn nicht aus, da er von Natur aus Wasser enthält. Die Zahnoberfläche sollte schimmernd oder glänzend sein. Zu nasse Oberflächen führen zu einer vermindernden Haftfestigkeit.

- Bei Schmelz- und Kompositoberflächen 10 Sekunden lang ätzen oder mikro-schleifen. Bei Keramikoberflächen Kofferad auflegen und mit Pulpdent Porcelain Etch Gel 2 Minuten lang ätzen. Pulpdent Kool-Dam sollte je nach Bedarf zum Schutz von Weichgewebe, Zähnen oder Porzellanoberflächen verwendet werden.

**Note:** Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

- Gut ausspülen. Keramik-, Metall-, desensibilisierte, vorhybridisierte und ausgehärtete Kunststoffoberflächen trocknen. Schmelz leicht trocknen und die präparierte Zahnoberfläche leicht feucht halten.
- Falls erforderlich, Zahnseide durch die Kontaktobertächen führen und in den Öffnungen belassen. Verwenden Sie sie später, um die Kontakte zu säubern und ein Verkleben mit den benachbarten Zahnoberflächen zu verhindern. Falls gewünscht, können die Zähne verkeilt und ein Mylarstreifen angebracht werden.
- Tragen Sie mit einer befolkten Spenderspitze oder einem sauberen Pinsel eine dünne Schicht Seal-n-Shine auf die geätzten Zahn- und Restaurationsflächen auf.
- Entfernen Sie die Zahnseide durch interproximales Anheben durch die Kontaktobertächen. Es ist wichtig, dass die aneinanderliegenden Zahnoberflächen nicht zusammengeklebt sind.
- Lichthärtung. Seal-n-Shine härtet mit allen Lichtquellen aus.

#### Warnhinweis

Das unausgehärtete Material kann bei Kontakt mit Augen und Haut Irritationen verursachen. Zahnmedizinisches Personal muss eine Schutzbrille und Handschuhe tragen.

#### Lagerung und Handhabung

- Gut verschlossen in der Original-Verpackung lagern bei kühler Raumtemperatur.
- Direktes Licht und extreme Temperaturschwankungen vermeiden. Vor Kontamination und Brandquellen schützen.
- Haltbarkeit bei ungeöffneter Packung: 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Nach Gebrauch sofort verschließen.

**Bemerkung:** Verwenden Sie vor jedem Gebrauch Einweg-Schutzhüllen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

#### Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen

Alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Vorkommnis aufgetreten ist, oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

Richten Sie bitte Meldungen von schwerwiegenden Vorkommnissen an:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA  
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262  
E-Mail: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Hinweis:** Eine Liste der in diesem Produkt enthaltenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

#### ITALIANO — ISTRUZIONI PER L'USO

**Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine**  
Resina penetrante per finitura e lucidatura  
Trasparente • Fotopolimerizzabile • Idrofila

#### Descrizione del prodotto

Embrace WetBond Seal-n-Shine è una resina non caricata specificatamente progettata per sigillare, rifinire e lucidare restauri in composito. Penetra e sigilla le porosità e le fessure nei composti, sigilla i margini e fornisce una rapida rifinitura e lucidatura di restauri in composito, ceramica mordenzata o abrasa e corone provvisorie in resina acrilica.

#### Indicazioni

Indicata per sigillare, rifinire e lucidare restauri in composito e per riparare denti fessurati, sigillare lesioni non cariose o a rischio carie, difetti e incisioni dello smalto e per sigillare i margini di restauri indiretti cementati con cementi resinosi.

#### Controindicazioni

Non indicato per l'applicazione diretta sulla polpa esposta.

#### Istruzioni per l'uso

Asciugare le superfici in ceramica, metallo, superfici desensibilizzate o preibridizzate con resina e resina polimerizzata. Lasciare la superficie del dente preparata leggermente umida. Le superfici leggermente umide non mostrano né secchezza né ristagno d'acqua. Asciugare leggermente e rimuovere l'acqua superficiale con aria compressa o un pellet di cotone, ma non essiccare il dente, che contiene naturalmente acqua. La superficie del dente deve essere lucida o brillante. Superficie eccessivamente bagnate ridurranno la forza di adesione.

- Per smalto e composito, mordenzare o microabradere per 10 secondi. Per le superfici in ceramica, posizionare la diga di gomma e mordenzare con Pulpdent Porcelain Etch Gel per 2 minuti. Se necessario, utilizzare Pulpdent Kool-Dam per proteggere i tessuti molli, i denti o le superfici in porcellana.
- Sciacquare bene. Asciugare le superfici in ceramica, metallo, superfici desensibilizzate o preibridizzate con resina e resina polimerizzata. Asciugare leggermente lo smalto e lasciare leggermente umida la superficie del dente preparata.
- Quando necessario, posizionare un filo interdentale nella zona interprossimale; utilizzarlo in seguito per pulire i punti di contatto e prevenire l'adesione tra il prodotto e i denti adiacenti. In alternativa, inserire un cuneo e posizionare una matrice in mylar.
- Appicare uno strato sottile di Seal-n-Shine sul dente mordenzato e sulle superfici del restauro con un puntale a batuffolo o uno spazzolino pulito.
- Rimuovere il filo interdentale sfilandolo attraverso il punto di contatto. È importante che il punto di contatto rimanga aperto.
- Fotopolimerizzare. Seal-n-Shine polimerizza con tutte le lampade.

#### Attenzione

Il materiale non polimerizzato può causare irritazione a contatto con la pelle e gli occhi. Indossare occhiali e guanti chirurgici durante l'utilizzo. Non superare il tempo di polimerizzazione raccomandato dal produttore della lampada che si sta utilizzando.

#### Conservazione e gestione

- Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.
- Periodo di validità del prodotto non aperto: 2 anni dalla data di produzione.
- Richiudere immediatamente dopo l'uso.

**Nota :** Applicare delle protezioni monouso sulla siringa e cambiare il puntale dopo ogni paziente. Per ulteriori informazioni vedere <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

#### Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA  
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262  
e-mail: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Nota:** Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.

#### NEDERLANDS — GEBRUIKSAANWIJZING:

#### PULPDENT

**Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine**  
*Indringende afwerk- en polijstharz Heldere tint• Licht uithardend • Hydrofiel*

#### PRODUCTBESCHRIJVING

Embrace WetBond Seal-n-Shine is een ongevulde hars die speciaal is ontworpen voor het afdichten, afwerken en polijsten van composietrestauraties. Het dringt door en dicht porositeiten en scheuren in composieten af, dicht marges af en zorgt voor een snelle afwerking en polijsting van composiet, geëtste of geschuurde keramische restauraties en tijdelijke kronen van acryl.

#### INDICATIES

Aangewezen voor het afdichten, afwerken en polijsten van composietrestauraties en voor het repareren van gebarsten tanden, het afdichten van niet-cariès of precariès laesies, glazuurdefecten en inkepingen, en voor het afdichten van de randen van indirecte restauraties die zijn gecementeerd met harscement.

#### CONTRA-INDICATIES

Niet geïndiceerd voor directe plaatsing op de blootgestelde pulp

#### GEBRUIKSAANWIJZING

Droge keramische, metalen, met hars ongevoelige, voor gehybridiseerde en uitgeharde harsoppervlakken. Laat het voorbereide tandoppervlak licht vochtig. Licht vochtige oppervlakken vertonen geen uitdroging ophoping van water. Droog en verwijder oppervlaktewater met perslucht of een wattenbolletje, maar droog de tand, die van nature water bevat, niet uit. Het tandoppervlak moet glanzend of glimmend zijn. Te natte oppervlakken zullen resulteren in verminderde hechtsterkte.

1. Voor glazuur en composiet, ets of microabrade gedurende 10 seconden. Voor keramische oppervlakken, rubberdam aanbrengen en 2 minuten etsen met Pulpdent Porcelain Etch Gel. Indien nodig moet Pulpdent Kool-Dam worden gebruikt om zacht weefsel, tanden of porseleinen oppervlakken te beschermen.

2. Goed uitspoelen. Droog keramiek, metaal, hars, ongevoelig gemaakt, voor gehybridiseerde en uitgeharde harsoppervlakken. Droog het glazuur lichtjes en laat het gerepareerde tandoppervlak licht vochtig.

3. Plaats indien nodig tandzijde door de contacten en laat deze in de schietgaten. Gebruik later om contacten te verwijderen en hechting aan aangrenzende tandoppervlakken te voorkomen. De tanden kunnen worden ingeklemd en desgewenst kan een mylar-strip worden geplaatst.

4. Breng een dunne laag Seal-n-Shine aan op de geëtste tand en restauratieve oppervlakken met een gevlokte dispensertip of een schone borstel.

5. Verwijder de tandzijde door interproximaal door de contacten op te tillen. Het is belangrijk dat de contacten open zijn.

6. Lichtuitharding. Seal-n-Shinehardt uit met alle lampen.

#### LET OP

Niet-uitgehard materiaal kan bij contact oog- of huidirritatie veroorzaken. Tandartsen dienen een veiligheidsbril en chirurgische handschoenen te dragen.

#### OPSLAG EN HANTERING

• Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking op een koele kamertemperatuur. Vermijd direct licht, extreme temperaturen, vervuiling en ontstekingsbronnen.

• Houdbaarheid van ongeopend product: 2 jaar vanaf fabricagedatum.

• Sluit de dop direct na gebruik weer af.

**Opmerking:** Breng vóór gebruik bij elke patiënt wegwerpbare barrièrehoezen/-wikkels aan over tandheelkundige dispensers voor meervoudig gebruik. Raadpleeg voor meer informatie: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

#### MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Alle ernstige incidenten waarbij het apparaat betrokken is, moeten aan de fabrikant worden gemeld en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het incident zich heeft voorgedaan, of een andere bevoegde regelgevende instantie. Meldingen van ernstige incidenten dienen te worden gestuurd naar:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Opmerking:** Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst van materialen die in dit product aanwezig zijn.

#### SAFETY DATA SHEET



**SCAN ME**  
[www.pulpdent.com/info](http://www.pulpdent.com/info)



#### EU Importers

Leibetseder

Dentalwarenhandel GmbH

Hans-Zach-Straße 2  
4210 Gallneukirchen  
Austria

Bohumila Siegllová  
Kolmá 303  
25203 Říčka  
Czech Republic

Hu-Fa Dental a.s.  
Moravní 909  
765 02 Otrokovice  
Czech Republic

Kinderdent GmbH  
Gutenbergrasse 7  
28844 Weyhe  
Germany

Cenger Scandinavia A/S  
Urlevvej 6 B  
8783 Hornsyld  
Denmark

#### Dansk Nordenta A/S

Nydamsvæj 8  
8362 Hørning  
Denmark

Plandent Oy

Asentajankatu 6 B  
00880 Helsinki  
Finland

Opsyse

18 Allée Du Fenouil  
ZA Saint Louis  
84250 Le Thor  
France

Vidental, UAB

Artojū G. 52B, Garliavos  
Apylinkų Seniūnija  
Teleiūių Kaimas  
53273, Kauno Rajonas  
Lithuania

Hofmeester Dental B.V.

Andries Copierhof 2  
3059 LM Rotterdam  
Netherlands

#### Dental Medical Ireland

Kellystown House  
Kellystown Lane, Leixlip  
Co. Kildare, W23 VF9P  
Ireland

Lifco Dental AB


Verkmästaregatan 1  
745 39 Enköping  
Sweden

UNIDENT AB

Västerhavsvägen 2  
311 77 Falkenberg  
Sweden

#### CH Importers

My Trade Schweiz GmbH  
Rothenburgstrasse 36  
6274 Eschenbach  
Switzerland



#### PULPDENT Corporation

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.  
(617) 926-6666 / (800) 343-4342 / Fax (617) 926-6262  
[www.pulpdent.com](http://www.pulpdent.com) • [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)